はじめに

このたびは Vicair® アカデミークッションをご購入いただき誠に有難うございます。この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また「取扱説明書」は必ず大切に保管してください。

クッションは以下のもので構成されています。:

本体

本体は５つのエリアに分かれています。エリア内にはスマートセル™.（空気入りのトライアングル形状の小さなセル）が動的に身体をサポートします。スマートセル™.は低摩擦素材であるため、セル同士が互いにスライドし合い、クッション全体を身体のラインに沿った形状に変化させます。
減圧効果と座位の安定性という相反する２つの要素を兼ね備えたクッションです。

カバー

Vicair® アカデミークッションには以下の 2 種類のカバーがあります。

- Comfair（標準仕様）
- Incontinence（失禁対応―お取り寄せになります。）

車いす上で安定した座位を保つために、裏面にはすべり止め加工を施しております。また、素材表面は快適でより高い効果を実現するためにデザインされた双方向に伸縮性のある生地（Two Way Stretch Fabric）を使用しております。

使用方法

クッションのサイズを確認

適切なクッションをご使用いただくために、理学療法士や作業療法士などの専門家か販売業者にご相談いただき、身体状況と車いすサイズに適しているかを確認してください。

幅: クッションは車いすの座幅に合わせてお選びください。アームサポートまたはスカートガードのタイプにより、座幅より２ｃｍ幅広のクッションでもご使用いただけます。またクッションがホイールのスポークの邪魔にならないかを確認してください。

奥行き: クッションは車いすの座面の奥行きと同じか、または２．５ｃｍほど長めまでが適切です。 ２．５ｃｍ以上長くなる場合には、硬いシートボトム（木製、ABS プラスチック製など）をクッションの下（カバーの内側）に敷くことをお勧めします。

クッション本体をカバーに入れる

- 本体とカバーをパッケージから取り出します。.
- カバーのファスナーを全開します。
- 本体をカバーに入れます。
- クッション本体についている青い紐をカバーの金属穴より取り出して、引っ掛け紐としてご使用ください。（図 A）
- カバーのファスナーを閉めてください。その際本体が傷つかないように注意してください。
- クッションをご使用の際には、必ずカバーに入れてご使用ください。

クッションの空気調整

スマートセル™.の数を調整する場合は、**理学療法士や作業療法士などの専門家による**指導のもと、もしくは経験のある販売業者により調整を行なってください。

- クッションを車いすのシートの上に置いてください。 その際、図 B のように「BACK」と明記されたタグが座面の後ろ側にくるように置いてください。
- 数分間クッションに座り、充分にご利用者の臀部のラインに沿うように形状を整えていきます。
- 同時に車いすのフットサポートの高さを正確な位置にあわせてください。そうすることで、足元からのサポートを受けることができ、かつクッションに臀部をきっちりと沿わすことができます。

底つきのチェック方法について

座骨と骨盤が底づきすることを防ぐために、初めてご使用になる前とスマートセル™. の数の調整を行なった後には、必ず底づきがないかを以下の方法で確認してください。

- およそ２０分程度クッションに座ってください。
- クッションに座っている状態で、使用者の身体を少し前傾させてください。
- 理学療法士や作業療法士などの専門家、もしくは経験のある販売業者がクッションと座面の間に手を入れてください。
- 臀部が充分スマートセル™.に覆われてサポートされているか、底づきがないかを確認してください。
- 底づきをしている場合は、すぐにご使用をおやめください。再度クッション内のスマートセル™.数の調整をしてください。

スマートセル™.の調整方法

Vicair® アカデミークッションは、基本的には各種とも適切なスマートセル™.の数が設定されています。しかし、使用者の状態や必要性に応じてセルの数を調整することができます。

クッション使用時の注意事項

皮膚の状態の確認

定期的に臀部の皮膚が赤くなっていないかをチェックしてください。もし 15 分以上赤みが消えなければ、何か問題があるかもしれません。その際は、すぐクッションの使用を中止し、理学療法士や作業療法士などの専門家もしくは、販売業者に早急にご相談ください。

気圧の高い場所での使用

スマートセル™.には空気が入っているため、飛行機など気圧の高いところで使用した場合、気圧の変化が原因で通常とは異なる設定をする必要がある場合がございます。そのような場合はクッションが固くなりますので、通常よりスマートセル™.を少し減らした状態でご使用ください。ただし海抜２４００m以上のところでの使用はお止めください。

車での使用

自動車内でクッションを使用する場合は、必ず車のシートもしくは車いすにクッションをしっかり固定してください。衝撃を受けた際、クッションが飛び出る場合があります。

クッションの使用者がかわる場合

使用者がかわる場合は、本体とカバーを洗浄し、クッションの初期設定を再度行なってください。

カバーの交換

通常使用の場合、1 年に 1 回のカバーの交換をお勧めしております。カバーのみの販売も可能です。

可燃性

クッションは可燃性ですので、高温場所や熱源のそばに置かないでください。

メンテナンス

注意: スチーム、ガス滅菌やオートクレーブ滅菌などの使用はご遠慮ください。このクッションは高温圧縮に耐えることができません。

スマートセル™.の破損状況の確認

3 ヶ月ごとにスマートセル™.が破損していないかどうかを確認してください。極度の損傷や大量のセルが破損した場合は、ご使用をお止めください。

本体のクリーニング方法

- 布に中性洗剤を混ぜた水溶液を染み込ませて、拭いてください。落としにくい汚れの場合は、まず汚れた部分を中性洗剤で落としてから全体を拭いてください。
- スマートセル™.をクリーニングするために抜き取る場合は、各部分からいくつ抜き取ったかを記録しておいてください。
- 刺激性の強いクリーナーや研磨剤の入ったクリーナーなどは変形の恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- クッション本体を、水や液体の中に浸さないでください。
- クッション本体、スマートセル™.を洗濯機で洗わないでください。

カバーのクリーニング方法

カバーは、裏向けにして洗濯ください。洗濯機の使用が可能です。詳細はカバー裏面についている洗濯タグを参照ください。

保証規約

保証の範囲は本体のみの保証になります。
保証期間は、お買い上げ後 1 ヵ年です。
但し、次の場合は保証期間内であっても有料になります。

＊ 取扱い上の過誤ならびに不注意による故障。
＊ 製品に改造を加えた場合での故障。
＊ 天災などの不可抗力によって生じる損害や故障。
＊ カバーなどの消耗品。
＊ 保証書にお買い上げ店名の記載、捺印のない場合。
＊ 保証書の提示がない場合。

保証期間中に万一故障が生じた場合は、お買い上げ店もしくはラックヘルスケア株式会社へ保証書を添えてお申し出ください。